

ECOSANA

Medizinische
Kompressionsstrümpfe

INDIKATIONEN:

- Varikose primär und sekundär
- Varizen in der Schwangerschaft
- Die Sklerosierungstherapie unterstützend
- Nach venenchirurgischen Eingriffen
- Thrombophlebitis (superfiziell) sowie Zustand nach abgeheilter Phlebitis
- Tiefe Beinvenenthrombose
- Zustand nach Thrombose
- Postthrombotisches Syndrom
- Thromboseprophylaxe bei mobilen Patienten
- CVI der Stadien I - III nach Widmer bzw. C1S - C6 nach CEAP
- Ulkusprävention
- Leitveneninsuffizienz
- Angiodysplasien
- Lymphödeme
- Ödeme in der Schwangerschaft
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Ödeme
- Zyklisch idiopathische Ödeme
- Lipödeme ab Stadium II
- Lip-Lymphödeme
- Phlebo-Lymphödem
- Stauungszustände infolge Immobilitäten (arthrogenes Stauungssyndrom, Paresen und Teilparesen der Extremität)
- Zustand nach Verbrennungen
- Narbenbehandlung

KONTRAINDIKATIONEN UND RISIKEN:

Absolute Kontraindikationen:

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Relative Kontraindikationen:

- Ausgeprägte nässende Dermatosen
- Unverträglichkeit auf Kompressionsstrumpfmateral
- Schwere Sensibilitätsstörungen der Extremität
- Fortgeschrittene periphere Neuropathie (z.B. Diabetes mellitus)
- Primär chronische Polyarthritits

Risiken und Nebenwirkungen:

Nicht passende medizinische Kompressionsstrümpfe können Hautnekrosen, nervale Druckschäden auf periphere Nerven und auch tiefe Beinvenenthrombosen verursachen.

Gewährleistung:

Die Haltbarkeit bei Kompressionsstrümpfen ist bei sachgemäßer Lagerung auf 3 Jahre begrenzt. Bei regelmäßigem Gebrauch und ordnungsgemäßer Pflege ist die Lebensdauer auf 6 Monate begrenzt. Nach Ablauf dieser Frist sind die Produkte von der Gewährleistung ausgenommen.

Grundsätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel, welche auf üblichen Verschleiß bzw. unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch fällt auch die nachträgliche Veränderung des Produktes, welche nicht von der Herstellerfirma durchgeführt worden ist.